

附件 2:

浙江工商大学实验室安全分级管理要求参照表

管理要求	一级（重大风险）实验室	二级（高风险）实验室	三级（中风险）实验室	四级（低风险）实验室
基础工作	1. 以物理空间确定实验室单元，每个实验室门口张贴安全信息牌。安全信息牌须标明房间责任人、应急电话、实验室安全等级以及防护措施等相关信息。 2. 实验室安全分级实行动态管理，当实验室的使用方向、研究内容、设备数量、危险源等关键因素发生改变时，应重新进行危险源辨识和安全等级确认，并及时更新安全信息牌。			
安全检查	学校党政主要负责人每年牵头开展不少于 1 次安全检查；学校主管职能部门每月开展不少于 1 次安全检查；学院（部门）每周开展不少于 1 次安全检查；实验室做到“实验结束必巡”。	分管校领导每年牵头开展不少于 1 次安全检查；学校主管职能部门每季度开展不少于 1 次安全检查；学院（部门）每月开展不少于 1 次安全检查；实验室做到“实验结束必巡”。	学校主管职能部门每半年开展不少于 1 次安全检查；学院（部门）每季度开展不少于 1 次安全检查；实验室做到经常性检查。	学校主管职能部门每年开展不少于 1 次安全检查；学院（部门）每半年开展不少于 1 次安全检查；实验室做到经常性检查。
安全培训	实验室安全管理人员、实验人员完成不少于 24 学时的准入安全培训，之后每年完成不少于 8 学时的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于 2 次应急演练（含针对主要危险源的应急演练）。	实验室安全管理人员、实验人员完成不少于 16 学时的准入安全培训，之后每年完成不少于 4 学时的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于 1 次应急演练（含针对主要危险源的应急演练）。	实验室安全管理人员、实验人员完成不少于 8 学时的准入安全培训，之后每年完成不少于 2 学时的安全培训（以上均含应急演练）；每年开展不少于 1 次应急演练。	实验室安全管理人员、实验人员完成不少于 4 学时的准入安全培训，之后每年根据学校实际需要安排适量的安全培训；每年开展不少于 1 次应急演练。
安全评估	科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估（涉及主要危险源的实验活动应在学	科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估（涉及主要危险源的实验活动应在学	科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估，学院（部门）不定期抽查；学院（部	科研项目、学生课题等实验活动应进行安全风险评估，学院（部门）不定期抽查；学院（部门）判断如

管理要求	一级（重大风险）实验室	二级（高风险）实验室	三级（中风险）实验室	四级（低风险）实验室
	院（部门）备案），学校不定期抽查；针对主要危险源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人。	院（部门）备案），学校不定期抽查；针对主要危险源制定相应的管理办法和应急措施，责任到人。	门）判断如有必要，可按更高等级实验室安全要求进行管理。	有必要，可按更高等级实验室安全要求进行管理。
条件保障	配备充足的实验室安全管理人员；高风险点位安装监控和必要的监测报警装置；危化品等主要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备必要的个体防护装备。	配备充足的实验室安全管理人员；高风险点位安装监控和必要的监测报警装置；危化品等主要危险源存储严格执行治安管控或其他部门监管要求；配备必要的个体防护装备。	配备实验室安全管理人员；在重要风险点位安装监控和必要的监测报警装置；配备必要的个体防护装备。	配备实验室安全管理人员；配备必要的个体防护装备。